MODE D'EMPLOI DU KIT DE TEST POUR COMPRESSEUR AEROSOLTHERAPIE

1. COMPRESSEUR (« aérosol »)
2. VALISE-TEST
3. TUYAU DE PRESSION DE LA VALISE-TEST
4. SORTIE DU COMPRESSEUR
5. DEBITMETRE (exprime en Litres/minute)
6. MANOMETRE (exprime en Bar)

1. Brancher le tuyau de pression de la valise-test sur la sortie du compresseur
2. Tenir la valise verticale
3. Allumer le compresseur
4. Consulter le Débitmètre
   Si valeur inférieur à 5 Litres/minute : le compresseur ne convient pas pour un nébuliseur style Sidestream. Compresseur à rejeter ou à faire réviser.
   Si valeur située entre 5 et 9 Litres/minute : le compresseur est adéquat au nébuliseur style Sidestream. Compresseur valable pour séance d'aérosolthérapie.
   Si valeur supérieur les 9 Litres/minute : compresseur trop puissant pour garantir un bon traitement. Compresseur à rejeter pour l'aérosolthérapie.
5. Le Manomètre devrait afficher +/- 0,8 Bar
6. Si le débit se situe entre 5 et 9 Litres/minute : continuer le test en laissant le compresseur en marche durant quelques minutes afin de vérifier s'il tient le débit dynamique initial pendant le temps d'une séance d'aérosolthérapie.
7. Eteindre le compresseur et débrancher la valise test.